

PRAVILNIK



O OVERAVANJU AUTOMATSKIH VAGA SA SABIRANJEM DISKONTINUIRANIH REZULTATA MERENJA (VAGA SA KOŠEM)

("Sl. glasnik RS", br. 87/2023)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način i uslovi periodičnog i vanrednog overavanja (u daljem tekstu: overavanje) automatskih vaga sa sabiranjem diskontinuiranih rezultata merenja (u daljem tekstu: vaga sa košem), zahtevi koje vaga sa košem mora da ispuni pri overavanju, kao i način utvrđivanja ispunjenosti zahteva za vase sa košem.

Član 2

Ovaj pravilnik primenjuje se na sve vase sa košem koje su u upotrebi i koje određuju masu proizvoda u rasutom stanju tako što se masa deli u odvojena opterećenja, pri čemu se masa svakog odvojenog opterećenja određuje uzastopno i sabira, a svako odvojeno opterećenje zatim dodaje proizvodu u rasutom stanju.

Član 3

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

- 1) automatska vaga je vaga koji određuje masu proizvoda bez učešća rukovaoca i funkcioniše po prethodno zadatom programu automatskih procesa karakterističnih za instrument;
- 2) overavanje merila podrazumeva pregled čiji je rezultat označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju merila;
- 3) normativni dokument je dokument kojim se utvrđuju tehnički zahtevi koje vaga treba da ispuni.

Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano zakonima kojima se uređuju metrologija i standardizacija.

Član 4

Zahtevi koje vaga sa košem mora da ispuni pri overavanju dati su u tački 5.2 normativnog dokumenta OIML R107-1: Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers) Part 1: Metrological and technical requirements - Tests, izdanje 2007 (u daljem tekstu: normativni dokument).

Metode merenja i način ispitivanja vase sa košem dati su u tački A.4.2 normativnog dokumenta.

Član 5

Overavanje vase sa košem obuhvata:

- 1) proveru usklađenosti vase sa košem sa pripadajućom ispravom o usaglašenosti;
- 2) proveru funkcionalnosti i vizuelni pregled;
- 3) ispitivanja vase sa košem u skladu sa tačkom A.4.2 normativnog dokumenta;
- 4) zaštitu vase sa košem u skladu sa pripadajućom ispravom o usaglašenosti i označavanje (žigosanje) te vase u skladu sa podzakonskim propisom kojim se uređuje vrsta, oblik i način stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila.

Vage sa košem overavaju se pojedinačno.

Overavanje se obavlja na mestu upotrebe.

Pri overavanju vase sa košem koristi se oprema u skladu sa tačkom A.3.6 normativnog dokumenta.

Ispitivanja iz stava 1. ovog člana sprovode se pod uslovima u skladu sa tačkom A.3.1, A.3.2, A.3.3 i A.3.4 normativnog dokumenta.

Ukoliko se u postupku overavanja potvrdi da vaga sa košem ispunjava propisane zahteve, vaga sa košem se štiti i označava (žigoše) na način opisan u tački 4) stava 1. ovog člana.

Član 6

Vaga sa košem se može overavati samo ako je za tu vagu izdata isprava o odobrenju tipa ili izvršeno ocenjivanje

usaglašenosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje metrologija i podzakonskim propisima donetim za njegovo sproveđenje.

Član 7

Vage sa košem koje su do dana početka primene ovog pravilnika stavljene u upotrebu, nakon početka primene ovog pravilnika, overavaju se ukoliko zadovoljavaju zahteve ovog pravilnika.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Prilog 8 Pravilnika o merilima ("Službeni glasnik RS", broj 3/18), u delu koji se odnosi na redovno i vanredno overavanje.

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike", a primenjuje se od 1. januara 2025. godine.

| | |
|---|---|
| Tip dokumenta: | Propis |
| Naslov: | PRAVILNIK O OVERAVANJU AUTOMATSKIH VAGA SA SABIRANJEM DISKONTINUIRANIH REZULTATA MERENJA (VAGA SA KOŠEM) ("Sl. glasnik RS", br. 87/2023) |
| Rubrika: | X-4 - Standardizacija i akreditacija i sertifikacija/Metrologija |
| Nivo dokumenta: | Republike Srbije |
| Glasilo: | Službeni glasnik RS, broj 87/2023 od 13/10/2023 |
| Vrsta propisa: | Pravilnici |
| Propis na snazi: | 21/10/2023 - |
| Verzija na snazi: | 21/10/2023 - |
| Početak primene: | 01/01/2025 |
| Osnov za donošenje: | Na osnovu člana 23. stav 7. i člana 25. stav 3. Zakona o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 15/16), Ministar privrede donosi PRAVILNIK O OVERAVANJU AUTOMATSKIH VAGA SA SABIRANJEM DISKONTINUIRANIH REZULTATA MERENJA (VAGA SA KOŠEM) |
| Donosilac: | Ministarstvo privrede |
| Komentar uz ugašene propise: | Danom početka primene ovog pravilnika, odnosno 1. januara 2025. godine, prestaje da važi Prilog 8 Pravilnika o merilima ("Sl. glasnik RS", br. 3/2018 i 86/2023 - dr. pravilnici), u delu koji se odnosi na redovno i vanredno overavanje. |
| Natpropis: | ZAKON O METROLOGIJI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) |
| Ugašeni propisi: | - |
| Uneto u bazu: | 17/10/2023 |
| Komentar urednika: | Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", odnosno 21. oktobra 2023. godine, a primenjuje se od 1. januara 2025. godine. |
| Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa". | |
| Komentar korisnika: | - |

[Menjanje komentara korisnika](#)