

На основу члана 23. став 7. и члана 25. став 3. Закона о метрологији („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 17. став 4. и члана 24. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Министар привреде доноси

Правилник о оверавању неаутоматских вага

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 99/2023 од 10.11.2023. године, ступио је на снагу 11.11.2023, а примењује се од 1.1.2025.

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописују начин и услови периодичног и ванредног оверавања (у даљем тексту: оверавање) неаутоматских вага, захтеви које неаутоматска вага мора да испуни при оверавању, као и начин утврђивања испуњености захтева за неаутоматске ваге.

Члан 2.

Овај правилник примењује се на све неаутоматске ваге које се користе за одређивање масе:

- 1) за потребе комерцијалног пословања;
- 2) ради израчунавања путарине, тарифе, пореза, премије, казне, накнаде, одштете или сличних врста плаћања;
- 3) ради примене закона или прописа или давања стручног мишљења у судском поступку;
- 4) у медицинској пракси код мерења телесне масе пацијената за сврхе праћења, дијагностификовања и лечења;
- 5) ради справљања лекова на рецепт у апотекама, као и у анализама које врше медицинске и фармацеутске лабораторије;
- 6) на основу које се одређује цена у директном обрачуну и припреми претходно упакованих производа.

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:

- 1) вага је мерило које служи за одређивање масе тела под утицајем силе гравитације на то тело и која може служити и за одређивање других физичких величина, количина, параметара или карактеристика које су повезане са масом;
- 2) неаутоматска вага (у даљем тексту: вага) је вага која захтева учешће руковаоца током мерење масе;
- 3) оверавање мерила подразумева преглед чији је резултат означавање (жигосање) мерила, односно издавање уверења о оверавању мерила;
- 4) хармонизовани стандард је европски стандард који је донет на основу захтева Европске комисије за примену у хармонизованом законодавству Европске уније.

Други изрази који се употребљавају у овом правилнику, а нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење дефинисано законима којима се уређују метрологија и стандардизација.

Члан 4.

Захтеви за оверавање вага дати су у тачки 8.3.3. хармонизованог стандарда SRPS EN 45501:2015 Метролошки аспекти за ваге са неаутоматским функционисањем (у даљем тексту: Стандард).

Методe мерења и начин испитивања ваге дати су прилогу А Стандарда: Процедуре испитивања вага са неаутоматским функционисањем.

Члан 5.

Оверавање ваге обухвата:

- 1) проверу усклађености ваге са припадајућом исправом о усаглашености;
- 2) проверу функционалности и визуелни преглед ваге у складу са тачком 8.3.2. Стандарда;
- 3) испитивања ваге у складу са са тачком 8.3.3. Стандарда;
- 4) заштиту ваге у складу са припадајућом исправом о усаглашености и означавање (жигосање) ваге у складу са подзаконским прописом којим се уређује врста, облик и начин стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила.

Ваге се оверавају појединачно.

Оверавање се обавља на месту употребе. Оверавање вага може се обавити и на било којој другој локацији, само ако:

- 1) превоз ваге до места употребе не захтева њено расклапање;
- 2) пуштање ваге у рад на месту употребе не захтева склапање те ваге или неку другу техничку радњу у вези са уградњом, која би могла угрозити карактеристике те ваге;
- 3) је вредност силе гравитације на месту употребе ваге узета у обзир или ако вага није осетљива на промену вредности силе гравитације;
- 4) вага поседује уређај за подешавање са интерним тегом.

При оверавању ваге користи се опрема у складу са тачком 3.7. Стандарда. За оверавање вага чије је максимално мерење мање или једнако 1000 kg потребна количина тегова је 100% максималног мерења ваге.

Испитивања из става 1. тачка 3) овог члана спроводе се у референтним условима у складу са тачком А.4.1. Стандарда.

Уколико се у поступку оверавања потврди да вага испуњава прописане захтеве, вага се штити и означава (жигосе) на начин описан у ставу 1. тачка 4) овог члана.

Члан 6.

Вага се може оверавати само ако је за вагу издата исправа о одобрењу типа или извршено оцењивање усаглашености у складу са законом којим се уређује метрологија и подзаконским прописима донетим за његово спровођење.

Члан 7.

Ваге које су до дана почетка примене овог правилника стављене у употребу, након почетка примене овог правилника, оверавају се уколико задовољавају захтеве овог правилника.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о оверавању неаутоматских вага („Службени гласник РС”, број 90/23).

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике”, а примењује се од 1. јануара 2025. године.

Број 000349836 2023 10810 007 010 012 001

У Београду, 9. новембра 2023. године

Министар,
Слободан Цветковић, с.р.